

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Rektörlüğünüze hızasında gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve iş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

<u>Cinsi</u>	<u>Ürün Kodu</u>	<u>Miktarı</u>	<u>Birim Fiyatı</u>	<u>Tutarı</u>
ANALİTİK TERAZİ		1 ADET		
Toplam				

Not :

1. Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
2. Fiyat teklifleri TL cinsinden 20/06/2025 tarih saat 17:00' a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi e-posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
3. Malzemelerin teslim süresi fiyat teklifinde belirtilecektir.
4. Analitik Terazi teknik şartnamesi ekte sunulmuştur.
5. Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
6. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN
T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Çağış Kampüsü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351 Faks: 0 266 6121427
satinalma@balikesir.edu.tr

ANALİTİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın maksimum tartım kapasitesi en az 220 g olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti en az 0.1 mg olmalıdır.
3. Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de $\pm 2/ C$ ppm olmalıdır.
4. Cihazın tekrarlanabilirliği en az 0.1 mg olmalıdır.
5. Cihazın doğrusallığı $\pm 0,2$ mg olmalıdır.
6. Cihazın stabilizasyon süresi 3 sn'den fazla olmamalıdır.
7. Cihazın tartım odası yüksekliği en az 200 mm olmalıdır.
8. Cihaz, tek bir tuşa basmak suretiyle otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.
9. Cihaz, istenildiği takdirde harici kalibrasyon yapabilmelidir.
10. Cihazın çalışma sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında olmalıdır.
11. Cihaz her sıcaklık değişimi algıladığında, doğru tartımın sağlanması için kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.
12. Cihaz tanecik sayım özelliği (pcs), % tartım, g, mg gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir.
13. Cihaz üzerinde teraziye açma/kapama tuşu, tara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.
14. Cihazın tartım kefi çapı 80 mm'den az olmamalı ve korozyona dayanıklı, manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
15. Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.
16. Cihazın göstergesi arkadan aydınlatmalı Sıvı Kristal Ekran (LCD) olmalıdır.
17. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direk olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.
18. Cihazın üzerinde, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
19. Cihaz gücünü AC adaptör ile sağlamalıdır.
20. Cihazın platformu paslanmaz çelik şeklinde olmalıdır.
21. Cihaz üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ile ücretsiz garantili olmalıdır. Garanti süresi bitimine müteakip, ücret karşılığında 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır.
22. İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
23. İthalatçı firmanın üretici firma tarafından Türkiye yetkili temsilcisi olduğu ve Türkiye'de satış ve servis yetkisine sahip olduğu belgelenmelidir.
24. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
25. Cihaz ya da üretici firma ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Salih UYSAL
BAÜN Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya ABD
Dip. Tes. No: 157750

Prof. Dr. Ali AKBAS
Etiler Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya ABD
Dip. Tes. No: 157750