

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Rektörlüğünüze hızasında gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve iş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

<u>Cinsi</u>	<u>Ürün Kodu</u>	<u>Miktarı</u>	<u>Birim Fiyatı</u>	<u>Tutarı</u>
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ		1 ADET		
KEDİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ		1 ADET		
KÖPEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ		1 ADET		
CERRAHİ SET		1 ADET		
VETERİNER TIRAŞ MAKİNESİ		1 ADET		
VETERİNER STETOSKOP		3 ADET		
DUVAR TİPİ OTOSKOP-OFTALMOSKOP		1 ADET		
Toplam				

Not :

1. Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
2. Fiyat Teklifleri 19/11/2025 tarih ve saat 12:00 a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi e-posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
3. Malzemelerin teslim süresi fiyat teklifinde belirtilecektir.
4. Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
5. Ürünlerin teknik şartnameleri ekte sunulmuş olup, şartnameye uygun ürün alınacaktır.
6. Uhdesinde kalan firma malzemeleri 15 gün içinde tedarik edip, teslim edecektir.
7. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN
T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Teknik Şartname Dosyası

1. Oksijen Konsantratörü Teknik Şartnamesi

- Oksijen konsantratörü makinesi 24 saat aralıksız bir şekilde oksijen üretme özelliğine sahip olmalıdır.
- Ayarlanabilir özelliği ile zaman ayarı yapılabilmelidir.
- Oda hava temizleyici özelliği sayesinde ortamdaki birisi ve bakterilerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
- Tekerlekli kullanım imkanı olan taşınabilir oksijen konsantratörü her alana kolaylıkla taşınabilir özellikte olmalıdır.
- Oksijen konsantratörü 5 litre oksijen kapasitesine sahip olmalıdır.
- Dakikada 1 litre ve 5 litre arasında oksijen akışı sağlayabilmelidir.
- Sessiz çalışma özelliği bulunmalıdır.
- En fazla 55 DB ses seviyesi ile çalışmalıdır.
- Oksijen azaldığında alarm sistemi devreye giren alarm sistemi bulunmalıdır.
- Güç kesintisi özelliğinin yanı sıra yüksek ve düşük basınçta da sinyal vermelidir.
- Çalışma Voltajı 220-240V / AC aralığında olmalıdır.
- Frekans 50 Hz. ile uygun çalışmalıdır.
- Ağırlık en fazla 24 kg olmalıdır.
- Ekrandan oksijen saflığı takip etme özelliği bulunmalıdır.
- Zaman ayarlı çalışma moduna sahip olmalıdır.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

2. Kedi Yoğun Bakım Ünitesi Teknik Şartnamesi

- 60x65x65 cm krom çift yön açılım kabine sahip olmalıdır.
- Kamera ile uzaktan izleme özelliği bulunmalıdır.
- 7" dokunmatik ekran ile bilgisayarlı kontrol edilebilmelidir.
- 3 mod led aydınlatma özelliği bulunmalıdır.
- Dahili nebulizatör süre ayarlanabilir olmalıdır.
- Dahili nem jeneratörü %20-60 nem miktarı ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Alttan ve fanlı ısıtma 20-40 derece ısı ayarlanabilir olmalıdır.
- Infrared ısıtma 20-40 derece ısı ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Hepa filtreli fanlı havalandırmaya sahip olmalıdır.
- UV lambası ile sterilizasyon yapılabilmelidir.
- Ozon jeneratörü ile süre ayarlı dezenfeksiyon yapılabilmelidir.
- Ön kapak havalandırma menfezi bulunmalıdır.
- Izgara ve temizlik çekmecesini bulunmalıdır.
- Kapaklarda çift kilit sistemi ile her yöne açılma ve komple çıkma özelliği olmalıdır.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

3. Köpek Yoğun Bakım Ünitesi Teknik Şartnamesi

- 120x65x100 cm krom çift yön açılım kabine sahip olmalıdır.
- Kamera ile uzaktan izleme özelliği olmalıdır.
- 7" dokunmatik ekran ile bilgisayarlı kontrol özelliği bulunmalıdır.
- 3 mod led aydınlatma özelliği olmalıdır.
- Dahili nebulizatör süre ayarlanabilir olmalıdır.
- Dahili nem jeneratörü %20-60 nem miktarı ayarlanabilir olmalıdır.
- Alttan ve fanlı ısıtma 20-40 derece ısı ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Infrared ısıtma 20-40 derece ısı ayarlanabilir olmalıdır.
- Hepa filtreli fanlı havalandırmaya sahip olmalıdır.
- UV lambası ile sterilizasyon yapılabilmelidir.
- Ozon jeneratörü ile süre ayarlı dezenfeksiyon yapılabilmelidir.
- Ön kapak havalandırma menfezi bulunmalıdır.
- Izgara ve temizlik çekmecesini bulunmalıdır.
- Kapaklarda çift kilit sistemi ile her yöne açılma ve komple çıkma özelliği olmalıdır.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

4. Cerrahi Set Teknik Şartnamesi

- Set içeriğinde
 - 12 adet hemostatik pens,
 - 6 adet makas,
 - 4 adet porteque,
 - 1 adet penset,
 - 1 adet bistüri sapı,
 - 2 adet uterus pensini bulunmalıdır.
- Yerli üretim olması tercih edilecektir.
- Kuru hava sterilizatöründe steril edilmeye uygun olmalıdır.
- Ürünler firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

5. Veteriner Tıraş Makinesi Teknik Şartnamesi

- Makine yanında ilave olarak 1 adet 10 numara ve 1 adet 40 numara başlık verilmelidir.
- Çift akülü modeller tercih edilecektir.
- Ağırlık en fazla 420 gr olmalıdır.
- Çalışma Hızı 3100 Devir/dak olmalıdır.
- En az 35W güçte olmalıdır.
- Gerilim 7,2V olmalıdır.
- Uzunluk en fazla 210 mm olmalıdır.
- Ürün ortamı rahatsız etmeyecek derecede sessiz çalışmalıdır.
- 240 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olmalıdır.
- Ele iyi şekilde oturacak tasarıma sahip olmalıdır.
- 2 hız kademesine sahip olmalıdır.
- Pil seviyesi göstergesi bulunmalıdır.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

6. Veteriner Stetoskop Teknik Şartnamesi

- Veteriner stetoskop çift tamburlu olmalıdır.
- Stetoskop çift Tambur çift hortumu ve çift yüzölü tamburu büyükbaş ve pet hayvanlarında kullanılabilir.
- Stetoskop, iç organların fizyolojik ve patolojik seslerini alabilir.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.

7. Duvar Tipi Otoskop-Oftalmoskop Teknik Şartnamesi

- 220V şebeke elektriği ile çalışan duvar ünitesine sahip olmalıdır.
- Üniteye takılabilen 2 adet sap, 1 adet otoskop başlığı bulunmalıdır, 1 adet oftalmoskop başlığı, 1 adet spekulum kutusu ve pnomatik test için 1 adet puar bulunmalıdır.
- Xenon ampul, fiberoptik sistem içermelidir.
- Otomatik çalışma sistemine sahip olmalıdır.
- Ayarlanabilir ışık şiddetine sahip olmalıdır.
- Ürün firma yetkilileri tarafından teslim edilmeli ve kullanıcılara kullanımı konusunda yerinde detaylı bilgi verilmelidir.
- Tanıtım, ürün tesliminden önce yapılacaktır.
- Sipariş öncesi teşhir veya demo ürün gönderilecek.